



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO – GO

ERRATA
PREGÃO 006/2020

Por este instrumento retificamos o Processo Administrativo nº 017/2020 PREGÃO PRESENCIAL para aquisição de aquisição de **EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES**, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 201900010020249 e Emenda Impositiva nº 347 processo 201900010015235, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, que passa a vigorar com o seguinte texto:

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS

Onde se lê:

Item 6 – Descrição

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA PARÂMETROS: ETCO2/ECG / RESP / SPO2 /TEMP / PRESSÃO NÃO INVASIVA. MONITOR DE LCD 12” POLEGADAS TFT. 9 LINHAS DE ONDA- 12 HORAS DE LINHAS DE ONDA PASSADAS. ALARME SONORO, LUMINOSO. BATERIA INTERNA.COM CAPNOGRAFIA SISTEMA SIDESTREAM. DADOS TÉCNICOS: ECG: - DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. AUMENTO: X0.25 / X0.50 / X1 / X2. FAIXA DE BPM: 15 – 350. VELOCIDADES: 12.5MM/S , 25MM/S , 50MM/S SPO2. FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-100%. FAIXA DE PULSO: 20-250 BPM. ACURÁCIA: 2% (70-100%). RESP: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 150 RESP/MIN. ACURÁCIA: + - 2% TEMP: FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 50°C. ACURÁCIA:+ - 0.1°C PANI. MODO DE TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / CONTÍNUA. UNIDADES: MMHG / KPA. ACURÁCIA: + - 5MMHG. INCLUSO: 1 CABO TERMÔMETRO. 1 SENSOR SPO2. 1 CABO ENERGIA. 1 MANUAL. 1 CABO PARA PRESSÃO NÃO INVASIVA **COM 3 MANGUITOS VETERINÁRIOSDESCARTÁVEIS**. CABOS PARA CAPNOGRAFIA.

Leia-se:

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS

Item 6 – Descrição

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM CAPNOGRAFIA PARÂMETROS: ETCO2/ECG / RESP / SPO2 /TEMP / PRESSÃO NÃO INVASIVA. MONITOR DE LCD 12” POLEGADAS TFT. 9 LINHAS DE ONDA- 12 HORAS DE LINHAS DE ONDA PASSADAS. ALARME SONORO, LUMINOSO. BATERIA INTERNA.COM CAPNOGRAFIA SISTEMA SIDESTREAM. DADOS TÉCNICOS: ECG: - DERIVAÇÕES: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V. AUMENTO: X0.25 / X0.50 / X1 / X2. FAIXA DE BPM: 15 – 350. VELOCIDADES: 12.5MM/S , 25MM/S , 50MM/S SPO2. FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0-100%. FAIXA DE PULSO: 20-250 BPM. ACURÁCIA: 2% (70-100%). RESP: - FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 150 RESP/MIN. ACURÁCIA: + - 2% TEMP: FAIXA DE MENSURAÇÃO: 0 - 50°C. ACURÁCIA:+ - 0.1°C PANI. MODO DE TRABALHO: MANUAL / AUTOMÁTICA / CONTÍNUA. UNIDADES: MMHG / KPA. ACURÁCIA: + - 5MMHG. INCLUSO: 1 CABO TERMÔMETRO. 1 SENSOR SPO2. 1 CABO ENERGIA. 1 MANUAL. 1 CABO PARA PRESSÃO NÃO INVASIVA **COM 3 MANGUITOS NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO**. CABOS PARA CAPNOGRAFIA.

Informamos que a sessão de julgamento permanece na mesma data. O Edital com as devidas alterações poderá ser solicitado em horário de expediente pelo fone (64) 3553-9500 e e-mail: licitacao@saosimao.gov.br ou ser retirado no site: www.saosimao.gov.br

São Simão-GO, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020.

Gracielle Souza Pereira
Pregoeira Oficial