

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

ERRATA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

Por este instrumento retificamos o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 retro mencionado, que foi publicado no SITE governamental (www.saosimao.go.gov.br) no dia 15/07/2022, que passa a vigorar com o seguinte texto:

Onde se lê:

Item	Und	Qtd.	COD	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
380	CX	5.000	30900	Tira reagente para determinação de Glicemia por amostragem capilar; com faixa de medição mínima entre 20mg/dL à 600mg/dL. Tecnologia amperométrica mediada por reação química com glicose oxidase. Tempo de leitura não superior a 10 segundos, com amostra de até 1microlitros de sangue para uso em monitor compatível, auto-codificado dispensando substituição de "chips", tendo como fonte de energia bateria de lítio recarregável por meio de cabo tipo USB fornecido juntamente com o aparelho, dispensando trocas e custos com reposição constante de baterias descartáveis, memória mínima para 500 testes, visor iluminado que garante maior visibilidade ao usuário, mesmo em condições de ausência de luz e Registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer o quantitativo de monitores conforme necessidade, sem custo adicional para substituição de outros modelos incompatíveis. Caixa com 50 tiras.			

Leia-se:

Item	Und	Qtd.	COD	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
380	CX	5.000	30900	Tira reagente para determinação de Glicemia por amostragem capilar; com faixa de medição mínima entre 20mg/dL à 600mg/dL. Tecnologia amperométrica mediada por reação química com glicose oxidase. Tempo de leitura não superior a 10 segundos, com amostra de até 1microlitros de sangue para uso em monitor compatível, auto-codificado dispensando substituição de "chips", tendo como fonte de energia bateria de lítio podendo ser recarregável por meio de cabo tipo USB, ou não, fornecido juntamente com o aparelho, dispensando trocas e custos com reposição constante de baterias descartáveis, memória de 300 a 500 testes, visor iluminado que garante maior visibilidade ao usuário, mesmo em condições de			

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				ausência de luz e Registro no MS. A empresa vencedora deverá fornecer o quantitativo de monitores conforme necessidade, sem custo adicional para substituição de outros modelos incompatíveis. Caixa com 50 tiras.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Tendo em vista que as alterações acima, fica remarcada a sessão para o dia 11/08/2022 às 09:00 horas, o edital com as devidas alterações poderá ser retirado no site da prefeitura www.saosimao.go.gov.br e ou no sistema <https://licitanet.com.br/>.

São Simão – GO, 28 de julho de 2022.

Gracielle Souza Pereira
Diretora de Licitação